



ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ/ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Πριν τη διάθεσή των μη αυτομάτων οργάνων ζύγισης για πρώτη χρήση, πρέπει οι κατασκευαστές να διασφαλίζουν ότι διενεργήθηκε η κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης (Έγκριση Τύπου ΕΚ, Δήλωση και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης) και
 - i. να τοποθετούν σε εμφανές σημείο, στην εξωτερική επιφάνεια του οργάνου τις απαραίτητες ενδείξεις
 - ii. να τοποθετούν σε εμφανές σημείο, στην εξωτερική επιφάνεια του οργάνου τις σημάνσεις CE και M, όπου απαιτείται και
 - iii. να τοποθετούν όλες τις σφραγίδες, όπως προβλέπεται από τα Πιστοποιητικά Έγκρισης του οργάνου.
2. Εφόσον οι κατασκευαστές των οργάνων είναι εγκατεστημένοι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 διασφαλίζουν οι εισαγωγείς, διανομείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποί τους.


B. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Η συμμόρφωση των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης, που **εγκρίθηκαν για πρώτη φορά πριν το 1993**, αποδεικνύεται από την Έγκριση Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που χορηγήθηκε από τη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης. Τα ζυγιστικά αυτά όργανα **απαγορεύεται πλέον να διατίθενται στην αγορά, προς πώληση**. Τα εν λόγω ζυγιστικά όργανα που είναι ήδη σε χρήση, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν εντός των ανεκτών ορίων σφάλματος.
2. Η συμμόρφωση των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης που **εγκρίθηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993** αποδεικνύεται από το Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ από Κοινοποιημένο Οργανισμό και τη Δήλωση Συμμόρφωσης του κατασκευαστή, ακολουθούμενα από:
 - i. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως προς τον τύπο, του κατασκευαστή, με βάση τη διασφάλιση της Ποιότητας της διεργασίας παραγωγής, ή από
 - ii. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως προς τον τύπο, από Κοινοποιημένο Οργανισμό, με βάση την επαλήθευση του οργάνου.
3. Η συμμόρφωση των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης που δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα και των οποίων το σύστημα μέτρησης φορτίου δεν χρησιμοποιεί ελατήριο για την εξισορρόπηση του φορτίου, αποδεικνύεται μόνο από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως προς τον τύπο, από Κοινοποιημένο Οργανισμό, χωρίς να είναι υποχρεωτική η Έγκριση Τύπου ΕΚ.

4. Η συμμόρφωση των μη αυτόματων οργάνων ζύγισης ειδικής κατασκευής (π.χ. γεφυροπλάστιγγες άνω των 100 τόνων) αποδεικνύεται από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως προς τον τύπο, από Κοινοποιημένο Οργανισμό, με βάση την επαλήθευση ανά μονάδα.

Γ. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΖΥΓΙΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΧΡΗΣΗΣ:

1. Τα μη αυτόματα όργανα ζύγισης, που εγκρίθηκαν μετά το 1993 και που πωλούνται ή χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους τομείς:
- προσδιορισμό της μάζας για εμπορικές συναλλαγές
 - προσδιορισμό της μάζας για τον υπολογισμό διοδίων, φόρων, τελών, επιδοτήσεων, προστίμων, αμοιβών, αποζημιώσεων ή ανάλογων πληρωτέων ποσών
 - προσδιορισμό της μάζας για την εφαρμογή νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων ή για δικαστικές πραγματογνωμοσύνες
 - προσδιορισμό της μάζας στην ιατρική πρακτική, όσον αφορά τη ζύγιση των ασθενών για λόγους παρακολούθησης, διάγνωσης και θεραπευτικής αγωγής
 - προσδιορισμό της μάζας για την παρασκευή φαρμάκων σε φαρμακείο κατόπιν συνταγής και ο καθορισμός των μαζών κατά τις αναλύσεις που πραγματοποιούνται σε ιατρικά και φαρμακευτικά εργαστήρια.
 - καθορισμό της τιμής συναρτήσει της μάζας για την απευθείας πώληση στο κοινό και την κατασκευή προσυσκευασιών
- φέρουν υποχρεωτικά **τη σήμανση CE** και **το μαύρο M σε πράσινο τετράγωνο φόντο**, διαστάσεων 1,25 cm x 1,25 cm τουλάχιστον, με τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, ως εξής:




2. Όργανα ζύγισης που διατίθενται για πώληση ή χρησιμοποιούνται για σκοπούς που δεν αναφέρονται στην παράγραφο 1, όπως π.χ. όργανα ζύγισης που χρησιμοποιούνται για
- οικιακή χρήση (κουζίνα, μπάνιο)
 - διασφάλιση συστημάτων ποιότητας σε κρατικά ή ιδιωτικά εργαστήρια
 - ιατρική χρήση, εκτός από τη ζύγιση ζώντων ασθενών
 - κτηνιατρική χρήση
 - αθλητικούς σκοπούς κλπ
- φέρουν με τρόπο ευανάγνωστο και ανεξίτηλο, **μαύρο M διαγεγραμμένο διαγώνια σε κόκκινο τετράγωνο φόντο** διαστάσεων 2,5 cm x 2,5 cm τουλάχιστον, ως εξής:



Δ. ΣΗΜΑΝΣΗ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Τα ζυγιστικά όργανα της ως άνω παραγράφου Γ.1 πρέπει να φέρουν κατ' ελάχιστον επ' αυτών:
 - i. τη σήμανση CE συνοδευόμενη από τη μετρολογική σήμανση «πράσινο M»
 - ii. τα στοιχεία (σήμα, όνομα κλπ) του κατασκευαστή
 - iii. την κατηγορία ακριβείας (μέσα σε έλλειψη ή μεταξύ δύο οριζόντιων γραμμών συνδεδεμένων με δύο ημικύκλια)
 - iv. Τον αριθμό του Πιστοποιητικού Εξέτασης τύπου ΕΚ (για τους ηλεκτρονικούς ζυγούς)
 - v. τη μέγιστη και ελάχιστη δυναμικότητα υπό μορφή Max=... και Min=....
 - vi. την υποδιαίρεση ελέγχου υπό μορφή e=....
 - vii. τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης συμμόρφωσης CE
 - viii. Τον αριθμό σειράς (serial number)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΖΥΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ:



2. Τα ζυγιστικά όργανα της ως άνω παραγράφου Γ.2 πρέπει να φέρουν κατ' ελάχιστον επ' αυτών:
 - i. τη μετρολογική σήμανση «κόκκινο διαγεγραμμένο M»
 - ii. το σήμα ή το όνομα του κατασκευαστή και
 - iii. τη μέγιστη δυναμικότητα.

Ε. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑ ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

1. Τα ζυγιστικά όργανα της παραγράφου Γ.1, προ της πρώτης χρήσης τους υπόκεινται σε Επαλήθευση από Κοινοποιημένο Οργανισμό, για τη διαπίστωση της κατά νόμο λειτουργίας τους. Για τη χώρα μας κοινοποιημένος οργανισμός είναι, προς το παρόν μόνο, η Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας, η οποία διενεργεί τις επαληθεύσεις, και εκδίδει Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης. Με την επαλήθευση τοποθετείται το σχετικό αυτοκόλλητο σήμα με την ένδειξη «Αρχικός Έλεγχος» και εισπράττονται τέλη σύμφωνα με την ΚΥΑ Φ2-670/07 (ΦΕΚ 295/Β/07), όπως ισχύει.
2. Δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά ζυγιστικά όργανα που δεν έχουν υποστεί Επαλήθευση ή δε φέρουν τις προβλεπόμενες ενδείξεις. Για τα τυχόν ευρισκόμενα είτε προς πώληση, ή σε χρήση, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και αποσύρονται με ευθύνη του κατασκευαστή/εισαγωγέα ή του χρήστη, μέχρι να γίνουν όλες οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
3. Τα ζυγιστικά όργανα της παραγράφου 1 υπόκεινται κάθε χρόνο σε Περιοδικό Έλεγχο, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου, για τη διαπίστωση της ορθής λειτουργίας τους για τον οποίο καταβάλλονται τέλη από τους χρήστες.
4. Έκτακτοι έλεγχοι, εκτός από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εμπορίου μπορούν να διεξάγονται και από υπαλλήλους της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας.

Ζ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι, πριν από τη διάθεση των οργάνων τους στην αγορά, πληρούνται όλες οι παραπάνω απαιτήσεις.
2. Οι κατασκευαστές πρέπει να καταρτίζουν Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ σύμφωνα με την Οδηγία 90/384/ΕΚ ή 2009/23/ΕΚ ή 2014/31/ΕΕ¹, η οποία περιλαμβάνει τον αριθμό σειράς ή κάθε άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταύτισή τους και πρέπει να συνοδεύει κάθε όργανο.
3. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα, η Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ να περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο χρήσης του οργάνου.
4. Οι κατασκευαστές οφείλουν να ενημερώνουν τεκμηριωμένα τον αγοραστή / χρήστη για το το είδος χρήσης του οργάνου.

Η. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ/ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ

- Οι εισαγωγείς/εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι/διανομείς πρέπει να εξασφαλίζουν:
1. ότι το όργανο συνοδεύεται από Δήλωση Συμμόρφωσης και ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, που αποδεικνύεται από το Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, εκτός από την περίπτωση όπου ο κατασκευαστής είναι εγκατεστημένος σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε ο εισαγωγέας/εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος είναι εκείνος που έχει την υποχρέωση να μεριμνά για την έκδοση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης,
 2. να μεριμνούν ώστε να υπάρχουν οι κατάλληλες σημάνσεις, και
 3. ότι ενημερώνεται τεκμηριωμένα ο αγοραστής / χρήστης για το το είδος χρήσης του οργάνου.

¹ Η Οδηγία 2014/31/ΕΕ θα εφαρμόζεται μετά την 20η Απριλίου 2016

Θ. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Οι απαιτήσεις για τη συμμόρφωση των οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας, καθώς και οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών/ εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων/ εισαγωγέων/ διανομέων των οργάνων αυτών περιγράφονται αναλυτικά στη με αριθ. **Φ2-1347/2013 (ΦΕΚ 1392/Β/2013)** Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ««Όργανα ζύγισης με μη αυτόματη λειτουργία» σε συμμόρφωση προς την **Οδηγία 2009/23/ΕΚ** του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009».
2. Οι διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε όποιον κατασκευάζει, εισάγει ή διαθέτει στην αγορά όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας, που υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο και τα οποία δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ως άνω Απόφασης περιγράφονται στο **άρθρο 102** της με αριθ. **A2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014)** Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία μας:

Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας

Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής (Αθ. Δέσης, Γ. Κοττά)

τηλ.: 213 1514190,

fax: 210 3301789,

e-mail: desis@gge.gr

gkotta@gge.gr