



Ελληνική Δημοκρατία

Ημερομηνία:

Υπηρεσία ελέγχου

Ώρα:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ/ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΖΥΓΟΥ (Class III)

Στοιχεία Επιχείρησης-Κατόχου (Επωνυμία, Δ/νση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλ.)								
Κατασκευαστής ζυγού:				Μοντέλο ζυγού:				
Αριθμός εγκρίσεως:				Μέγιστη Δυναμικότητα:				
Αριθμός σειράς:				Υποδιαίρεση (e):				
Μέγιστα επιτρεπ. όρια σφάλματος (Φ2-376/93 ΦΕΚ 284/Β/93) m: φορτίο επί του ζυγού)						mpe		
$0 \leq m < 500 e$		1 e	$0 \leq m < 500 * \dots = \dots$				1*.....=	
$500 e \leq m < 2000 e$		2 e	$500 * \dots = \dots \leq m < 2000 * \dots = \dots$				2*.....=.....	
$2000 e \leq m$		3 e	$2000 * \dots = \dots \leq m$				3*.....=.....	
Έλεγχος Γραμμικότητας				Έλεγχος Επαναληψιμότητας				
Φορτίο (g)		Ένδειξη (g)	Σφάλμα (g)	Μέγιστο επιτρεπ. όριο σφάλματος (g)	Φορτίο (g) (Max)	Ένδειξη (g)	Μέγιστο επιτρεπ. όριο σφάλματος mpe (g)	
20 e								
1/4 Max								
1/2 Max								
3/4 Max								
Max								
Γραμμικότητα εντός επιτρεπόμενων ορίων?		ΝΑΙ:		ΟΧΙ:		Max ένδειξη - Min ένδειξη < mpe	ΝΑΙ	
						<	ΟΧΙ	
Έλεγχος Εκκεντρότητας (1/3 Max)		2	3	1	4			
			1	2	5			
		4	5	3	1			
Απόκλιση από το κέντρο εντός μεγίστων επιτρεπόμενων ορίων:				ΝΑΙ:		ΟΧΙ:		
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ								
Αποτελέσματα ελέγχου εντός μεγίστων επιτρεπόμενων ορίων				ΝΑΙ:		ΟΧΙ:		

Ο έλεγχος έγινε παρουσία του υπεύθυνου της επιχείρησης:

Παρατηρήσεις:

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης

Οι ελεγκτές

Ονοματεπώνυμο	Υπογραφή
1.	
2.	

