



Ελληνική Δημοκρατία

Ημερομηνία: .....

Υπηρεσία ελέγχου .....

Ώρα: .....

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ/ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΖΥΓΟΥ (Class II)**

<b>Στοιχεία Επιχείρησης-Κατόχου (Επωνυμία, Δ/νση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλ.)</b>							
<b>Κατασκευαστής ζυγού:</b>				<b>Μοντέλο ζυγού:</b>			
<b>Αριθμός εγκρίσεως:</b>				<b>Μέγιστη Δυναμικότητα:</b>			
<b>Αριθμός σειράς:</b>				<b>Υποδιαίρεση (e):</b>			
<b>Μέγιστα επιτρεπ. όρια σφάλματος (Φ2-376/93 ΦΕΚ 284/Β/93) m: φορτίο επί του ζυγού)</b>						<b>mpe</b>	
$0 \leq m < 5000 \text{ e}$		<b>1 e</b>		$0 \leq m < 5000 * \dots = \dots$		<b>1*.....= .....</b>	
$5000 \text{ e} \leq m < 20000 \text{ e}$		<b>2 e</b>		$5000 * \dots = \dots \leq m < 20000 * \dots = \dots$		<b>2* .....=.....</b>	
$20000 \text{ e} \leq m$		<b>3 e</b>		$20000 * \dots = \dots \leq m$		<b>3* .....=.....</b>	
<b>Έλεγχος Γραμμικότητας</b>				<b>Έλεγχος Επαναληψιμότητας</b>			
<b>Φορτίο (g)</b>		<b>Ένδειξη (g)</b>		<b>Σφάλμα (g)</b>		<b>Μέγιστο επιτρεπ. όριο σφάλματος (g)</b>	
<b>Φορτίο (g)</b>		<b>Ένδειξη (g)</b>		<b>Φορτίο (g) (Max)</b>		<b>Ένδειξη (g)</b>	
<b>Μέγιστο επιτρεπ. όριο σφάλματος (g)</b>						<b>Μέγιστο επιτρεπ. όριο σφάλματος mpe (g)</b>	
50 e							
1/4 Max							
1/2 Max							
3/4 Max				<b>Max ένδειξη =</b>			
Max				<b>Min ένδειξη =</b>			
<b>Γραμμικότητα εντός επιτρεπόμενων ορίων?</b>		<b>ΝΑΙ:</b>		<b>ΟΧΙ:</b>			
						<b>Max ένδειξη - Min ένδειξη &lt; mpe</b>	
						<b>&lt;</b>	
						<b>ΝΑΙ</b>	
						<b>ΟΧΙ</b>	
<b>Έλεγχος Εκκεντρότητας (1/3 Max)</b>		2 3		1 4		2 5	
		4 5		3 1			
<b>Απόκλιση από το κέντρο εντός μεγίστων επιτρεπόμενων ορίων:</b>				<b>ΝΑΙ:</b>		<b>ΟΧΙ:</b>	
<b>ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ</b>							
<b>Αποτελέσματα ελέγχου εντός μεγίστων επιτρεπόμενων ορίων</b>				<b>ΝΑΙ:</b>		<b>ΟΧΙ:</b>	

Ο έλεγχος έγινε παρουσία του υπεύθυνου της επιχείρησης: .....

**Παρατηρήσεις:** .....

.....

**Ο υπεύθυνος της επιχείρησης****Οι ελεγκτές**

Ονοματεπώνυμο	Υπογραφή
1.	
2.	