



Ελληνική Δημοκρατία

Ημερομηνία: .....

Υπηρεσία ελέγχου .....

Ώρα: .....

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ/ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΖΥΓΟΥ (Class IV)**

<b>Στοιχεία Επιχείρησης-Κατόχου (Επωνυμία, Δ/νση, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., τηλ.)</b>								
<b>Κατασκευαστής ζυγού:</b>				<b>Μοντέλο ζυγού:</b>				
<b>Αριθμός εγκρίσεως:</b>				<b>Μέγιστη Δυναμικότητα:</b>				
<b>Αριθμός σειράς:</b>				<b>Υποδιαίρεση (e):</b>				
<b>Μέγιστα επιτρεπ. όρια σφάλματος (Φ2-376/93 ΦΕΚ 284/Β/93) m: φορτίο επί του ζυγού)</b>						<b>mpe</b>		
$0 \leq m < 50 e$		<b>1 e</b>	$0 \leq m < 50 * \dots = \dots$				<b>1*.....= .....</b>	
$50 e \leq m < 200 e$		<b>2 e</b>	$50 * \dots = \dots \leq m < 200 * \dots = \dots$				<b>2*.....=.....</b>	
$200 e \leq m$		<b>3 e</b>	$200 * \dots = \dots \leq m$				<b>3*.....=.....</b>	
<b>Έλεγχος Γραμμικότητας</b>				<b>Έλεγχος Επαναληψιμότητας</b>				
<b>Φορτίο (g)</b>		<b>Ένδειξη (g)</b>	<b>Σφάλμα (g)</b>	<b>Μέγιστο επιτρεπ. όριο σφάλματος (g)</b>	<b>Φορτίο (g) (Max)</b>	<b>Ένδειξη (g)</b>	<b>Μέγιστο επιτρεπ. όριο σφάλματος mpe (g)</b>	
20 e								
1/4 Max								
1/2 Max								
3/4 Max								
Max								
<b>Γραμμικότητα εντός επιτρεπόμενων ορίων?</b>		<b>ΝΑΙ:</b>		<b>ΟΧΙ:</b>		<b>Max ένδειξη - Min ένδειξη &lt; mpe</b>	<b>ΝΑΙ</b>	
						<b>&lt;</b>	<b>ΟΧΙ</b>	
<b>Έλεγχος Εκκεντρότητας (1/3 Max)</b>		2	3	1	4			
			1	2	5			
		4	5	3	1			
<b>Απόκλιση από το κέντρο εντός μεγίστων επιτρεπόμενων ορίων:</b>				<b>ΝΑΙ:</b>		<b>ΟΧΙ:</b>		
<b>ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ</b>								
<b>Αποτελέσματα ελέγχου εντός μεγίστων επιτρεπόμενων ορίων</b>				<b>ΝΑΙ:</b>		<b>ΟΧΙ:</b>		

Ο έλεγχος έγινε παρουσία του υπεύθυνου της επιχείρησης: .....

Παρατηρήσεις: .....

.....

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης

Οι ελεγκτές

Ονοματεπώνυμο	Υπογραφή
1.	
2.	

